

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

En la Ciudad de México, siendo las **19:00** horas del día **quince** de **noviembre** del año **dos mil diecisiete** en el **Salón de Delegados**, ubicado en la Calle 10 y Avenida Canario s/n, colonia Tolteca C.P. **01150**; y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos **26, 27 inciso A, 28 párrafo primero, 30 fracción II, 34, 38, 43 y 58** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal** y al **41** de su **Reglamento**, se procede a levantar la presente acta, referente a la presentación del **Dictamen que Fundamenta el Fallo** y la **Emisión del Fallo** de la **Licitación Pública Internacional No. 30001016-001-17**, para la **Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**; con base en los **Requerimientos de Adquisición** números **286 y 297** de la **Dirección General de Desarrollo Social y Humano**.-----

Se hace constar que en el presente acto se registraron los siguientes licitantes:-----

Licitante	Representante
Corporativo Promedica de México, S.A. de C.V.	Elías Reyes Rodríguez
DEWIMED, S.A.	Víctor Manuel Moncada Pazos
Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.	Heriberto Vázquez Solórzano

De conformidad con lo dispuesto en el artículo **43** fracción I y fracción II de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, **41** fracción III de su **Reglamento**, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo **49** de la misma **Ley** y al numeral **4.2.2** de las Bases; se comunica el siguiente:-----

**Dictamen que Fundamenta el Fallo**  
**Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa**

Con fundamento en el numeral **4.9.1.** fracción I de la **Circular Uno Bis 2015** y al numeral **1.1** inciso A) de las Bases, el **Director de Recursos Materiales y Servicios Generales** y el **Coordinador de Adquisiciones y Arrendamientos** emiten el **Dictamen del análisis cualitativo** de la **Documentación Legal y Administrativa** de los licitantes participantes: **Corporativo Promedica de México, S.A. de C.V., Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V. y DEWIMED, S.A.** los cuales **SI CUMPLEN** con todos y cada uno de los requisitos **Legales y Administrativos** solicitados en los numerales **3.1.1, y 3.1.2** de las bases de la presente **Licitación**.-----

Se reitera que tal y como quedo asentado en el acta de la **Primera Etapa** se llevó a cabo en las páginas electrónicas de la **Contraloría General de la Ciudad de México** y de la **Secretaría de la Función Pública**, la revisión de los licitantes participantes de este procedimiento que no estuvieran sancionados por las dos instancias correspondientes, tal y como lo establece el artículo **39 Bis** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**.-----

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

Asimismo se les informa a todos los presentes que el C. Miguel Angel Aguilar Calvo Jefe de la Unidad Departamental de Concursos dio cumplimiento al **Sexto Lineamiento "Consulta-Respuesta sobre el Conflicto de No Intereses con los particulares participantes"** y al **Octavo Lineamiento "Manifiesto de No Conflicto de Intereses"** de los Lineamientos para la presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y homólogos que se señalan, con número de Registro de Consulta PC 17111435439.

**Evaluación Cualitativa de las Propuestas Técnicas**

Con apego a lo dispuesto en el numeral 4.9.1 fracción II de la Circular Uno Bis 2015 "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal" y al numeral 1.1 inciso B) de las Bases, la evaluación de las **Propuestas Técnicas** de este procedimiento, fue emitido por el área solicitante, la **Dirección General de Desarrollo Social y Humano** con oficio num. **DAO/DGDSyH/DADJ/287/2017**, el cual forma parte integrante de la presente acta.

La empresa licitante: **DEWIMED, S.A.** cotiza las partidas: **17, 54, 56, 67, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 92**, las cuales **SI CUMPLEN** con todos los requisitos solicitados en los numerales **2.1 al 2.14, 3.3.2,"Anexo 1"** y **Aclaraciones de Bases**, según el **Dictamen Técnico** emitido por el área solicitante.

La empresa licitante: **Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.** cotiza de las partidas: **1, 7, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 33, 34, 37, 40, 42, 45, 48, 53, 59, 64, 68, 69, 70 y 73**, de las cuales la partida **24 No Cumple**, debido a que oferta Platina Caliente con agitación y bascula integrada **sin capacidad de balanza integrada** de acuerdo a las especificaciones del "**Anexo 1**", las partidas **1, 7, 18, 22, 23, 25, 29, 33, 34, 37, 40, 42, 45, 48, 53, 59, 64, 68, 69, 70 y 73 SI CUMPLEN** con todos los requisitos solicitados en los numerales **2.1 al 2.14, 3.3.2,"Anexo 1"** y **Aclaraciones de Bases**, según el **Dictamen Técnico** emitido por el área solicitante.

La empresa licitante: **Corporativo Promedica de México, S.A. de C.V.** cotiza de las partidas: **17, 20, 35, 43, 47, 54, 60, 65 y 82**, de las cuales las partidas **17 y 54, No Cumplen**, lo anterior debido a que presenta **Registro Sanitario sin la hoja en la que se establece la vigencia del mismo, por lo que no se puede establecer si los Registros Sanitarios están vigentes**, asimismo se observo que por error en la partida **82** dice: Requerimiento 286, debiendo ser Requerimiento 297 (no creando confusión debido a la Descripción del Bien), por lo que no se descalifica dicha partida, con fundamento en el artículo 36 fracción II de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, que a la letra dice: **artículo 36.- "..... No será motivo de descalificación** en los siguientes casos: fracción II. Cuando la omisión del requisito en la revisión cuantitativa se encuentre inmerso en otro documento de la propuesta, para lo cual deberá manifestarlo en ese momento el licitante; a reserva de su

**Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio**

revisión cualitativa por parte de la **Convocante** para determinar sobre su cumplimiento y en su caso aceptación o descalificación. En caso que el licitante no realice la manifestación señalada, deberá procederse a su descalificación. -----  
Las partidas **20, 35, 43, 47, 60, 65 y 82 SI CUMPLEN** con todos los requisitos solicitados en los numerales 2.1 al 2.14, 3.3.2,"Anexo 1" y **Aclaraciones de Bases**, según el **Dictamen Técnico** emitido por el área solicitante.-----

**Evaluación Cualitativa de las Propuestas Económicas**

Los licitantes participantes: **Corporativo Promedica de México, S.A. de C.V., Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V. y DEWIMED, S.A. SI CUMPLEN** con todos los requisitos solicitados en los numerales 3.3.3, 6.1 y 9 de las bases de Licitación.-----  
Asimismo se observo que la empresa licitante **Corporativo Promedica de México, S.A. de C.V.** por error en la partida **82**, dice: Requerimiento 297, Consecutivo 9, debiendo ser consecutivo **82** (no creando confusión, debido a la Descripción del Bien) por lo que no se descalifica dicha partida con fundamento en el artículo **36** fracción II de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**.-----

Una vez que se ha comunicado el resultado del **Dictamen que Fundamenta el Fallo**; se dan a conocer los **precios más bajos** sin incluir el **16% del I.V.A.**-----

Req. Adq.	Part Req	Cons	Concepto	Cant.	U/M	Marca	Precio Unitario más bajo ofertado en la 1era. Etapa
286	1	1	<b>Mechero de Buncen</b> 1) Quemador de acero inoxidable de alta temperatura. 2) Base en fundición. 3) Regulador de flujo.	2	Pza.	HUMBOLDDAI GGER	550.00  Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.
286	2	2	<b>Blindaje de gónadas</b>	1	Pza.		<b>DESIERTA</b>
286	3	3	<b>Porta venoclisis rodable</b>	1	Pza.		<b>DESIERTA</b>
286	4	4	<b>Repisa acero inoxidable para aseo (100 x 30) cm.</b>	1	Pza.		<b>DESIERTA</b>
286	5	5	<b>Mandil emplomado protector contra la radiación de Rayos X</b>	1	Pza.		<b>DESIERTA</b>
286	6	6	<b>Guantes con plomo para protección radiológica</b>	1	Par		<b>DESIERTA</b>



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Alvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

Req. Adq.	Part Req	Cons	Concepto	Cant.	U/M	Marca	Precio Unitario más bajo ofertado en la 1era. Etapa	
286	7	7	<b>Cronometro de 4 canales</b> 1) Para llevar tiempo de hasta 4 eventos al mismo tiempo 2) Con pizarrón blanco integrado para notas y recordatorios, con pluma 3) Con 4 tonos de alarma 4) Cada evento puede programarse hasta 24 horas, 59 minutos 5) Modo creciente o decreciente en tiempo 6) Memoria para llamar el último evento 7) Pantalla: de 1.9" de altura, 1.5" de ancho, de 4 líneas 8) Con soporte o imán para pegar en metal 9) Que opere con 2 baterías alcalinas AAA	4	Pza.	DAIGGER	1,100.00	Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.
286	8	8	<b>Mesa para rehidratación</b>	1	Pza.		DESIERTA	
286	9	9	<b>Estante guarda estéril de 90 cm.</b>	1	Pza.		DESIERTA	
286	10	10	<b>Calentador de gel</b>	1	Pza.		DESIERTA	
286	11	11	<b>Carro curaciones de acero inoxidable con cubeta y palangana</b>	1	Pza.		DESIERTA	
286	12	12	<b>Rack para mandil y guantes emplomados</b>	1	Pza.		DESIERTA	
286	13	13	<b>Mesa de exploración pediátrica</b>	1	Pza.		DESIERTA	
286	14	14	<b>Mesa de trabajo de acero inoxidable de 1.90 x 0.70 x 0.90 mt.</b>	1	Pza.		DESIERTA	
286	15	15	<b>Mesa de Trabajo de acero inoxidable, Tipo Pared con entropaño, 2.80 x 0.70 x 0.90 mt.</b>	1	Pza.		DESIERTA	
286	16	16	<b>Mesa de ensamble de 180 cm</b>	1	Pza.		DESIERTA	
286	17	17	<b>Estetoscopio capsula Doble modelo: duplex CAT 02.246.00</b> 1) Pieza de contacto doble de precisión 2) Pieza de contacto en acero inoxidable 3) Membrana especial para auscultación de 46 mm. 4) Con anillos de protección para el frío	7	Pza.	DEWIMED	1,831.20	DEWIMED, S.A.



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

			<ol style="list-style-type: none"> <li>5) Campana de 46 mm.</li> <li>6) Longitud total de 75 cm.</li> <li>7) Un par de olivas de recambio y una membrana de recambio</li> <li>8) Frecuencias: 20 Hz – 100 Hz máximo</li> <li>9) Decibeles : 3.6 Db a 100 Hz, 100 Hz-1,500 Hz máximo 21.7 Db a 300 Hz</li> <li>10) tubo en "Y" de PVC para aislar sonidos, sin latex</li> <li>11) arco cromado mate</li> <li>12) ajustable mediante giro</li> <li>13) olivas intercambiables.</li> <li>14) normas de calidad: ISO 9000, ISO 13485, CE y TUV</li> <li>15) Registro sanitario</li> <li>16) Certificado de libre venta</li> </ol>					
286	18	18	<b>Gradilla para tubos</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Para acomoda hasta 60 tubos con diámetro de hasta 17mm.</li> <li>2) Color blanco.</li> <li>3) Colocación de tubos de 5,15,7,10,12,14 ml</li> <li>4) Fabricado en polipropileno.</li> <li>5) Diseño apilable.</li> <li>6) Temperatura de operación de -20 a 90°C.</li> <li>7) Esterilizable</li> </ol>	22	Pza.	HEATROW	596.00	Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.
286	19	19	<b>Mueble III para laboratorio, 0.80 mt. de largo x 0.635 mt. de fondo x 0.86 mt. de alto</b>	1	Pza.	DESIERTA		
286	20	20	<b>Porta cubeta rodable de patada, con cubeta de 12litros de acero inoxidable</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Cubeta con asa de acero inoxidable, redondo de 6.3 mm. (1/4") de diámetro</li> <li>2) Cuerpo de lámina de acero inoxidable, cal.20, acabado pulido mate, tolerancias en las dimensiones generales +/- 1.0cm. de 12 litros de capacidad.</li> <li>3) Dimensiones: 27cm. de altura x 31 cm. de diámetro superior y 19.5 de diámetro inferior</li> </ol>	11	Pza.	PROMEDIMEX	1,470.00	Corporativo Promedica de México, S.A. de C.V.



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Portacubeta: rodable</li> <li>5) Arillo de lamina de acero inoxidable tipo AISI-304, calibre 12 de 38 mm. (1 1/2") de ancho, acabado pulido;</li> <li>6) Banda para protección perimetral de hule negro,</li> <li>7) Rodaja de hule negro (plana o de bola) de 41 mm. (15/8") de diámetro de acabado cromado,</li> <li>8) Soporte de acero inoxidable tipo AISI-304, calibre 12 de 38 mm. (11/2") de ancho acabado pulido, tope de hule negro</li> </ol>					
286	21	21	<b>Incubadora de testigos biológicos</b>	1	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	22	22	<p><b>Equipo portátil</b>, que permite la localización y amplificación del latido cardiaco fetal, con fines de diagnóstico, por método no invasivo, por efecto doppler continuo.</p> <p>Con las siguientes características:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Transductor para uso específico en obstetricia</li> <li>2) Con despliegue digital en pantalla de la frecuencia cardiaca fetal 2.1)-Y señal visual de latido cardiaco.</li> <li>3) Que opere con baterías recargables</li> <li>4) Indicación en pantalla de batería baja.</li> <li>5) Apagado automático.</li> <li>6) Bocina integrada.</li> <li>7) Control de volumen variable.</li> <li>8) Procesado de auto correlación.</li> <li>9) Accesorios: Audífonos con conector.</li> <li>10) Baterías Recargables</li> <li>10.1) Con cargador de baterías</li> <li>11) Instalación: Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.</li> </ol>	1	Pza.	<b>NICOLET ELITE</b>	18,000.00	<b>Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.</b>
286	23	23	<p><b>Pipetadora Automática</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Con 2 (dos) botones, uno para aspirar y otro para vaciar.</li> <li>2) Control de velocidad de aspiración y vaciado en el mismo botón.</li> <li>3) Con batería recargable de níquel metal hibrido</li> <li>4) Con cargador para pared.</li> <li>5) Con indicador de batería.</li> <li>6) Alimentación eléctrica 120 VCA, 60Hz.</li> </ol>	2	Pza.	<b>HEATROW</b>	9,900.00	<b>Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.</b>

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

			7) Con 2 (dos) filtros de membrana de repuesto					
286	24	24	<b>Platina caliente con agitación y báscula integrada</b>	1	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	25	25	<b>Set de micropipetas automáticas:</b> 1) Características pipetas: 2) Manejo sencillo con una sola mano 3) Ajustar y fijar el volumen, pipetear, descargar todo sin cambiar de mano. 4) Indicador de volumen siempre bien visible 5) Indicador de 4 dígitos para ajustes exactos. 6) Ajuste sin herramientas 7) Código de colores 8) Seguro para fijar el volumen deseado 9) 1 (una) pipeta de 1 – 10 micro litros 10) 1 (una) pipeta de 10 – 100 micro litros 11) 1 (una) pipeta de 100-1000 micro litros	2	Pza.	THERMO	10,295.00	Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.
286	26	26	<b>Amalgamador estomatológico digital</b>	3	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	27	27	<b>Lavadora ultrasónica de instrumental</b>	1	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	28	28	<b>Vitrina vertical para consultorio</b>	14	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	29	29	<b>Agitador Basculante para tubos</b> 1) Capacidad de 8 (ocho) tubos de hasta 120 mm. de longitud 2) 25 ciclos por minuto para una mezcla delicada 3) Almohadilla de silicón, antideslizante y reversible 4) Almohadilla que puede usarse en autoclaves para desinfección 5) Dimensiones 220 x 120 x 230 mm 6) Alimentación eléctrica 120 VCA, 60 Hz. 7) Modelo: Vari-mix	3	Pza.	THERMO	12,930.00	Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.
286	30	30	<b>Silla para toma de muestra sanguínea</b>	2	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	31	31	<b>Mueble I para laboratorio de 2.28 mt. de largo x 0.635 mt. de fondo x 0.86 mt. de alto</b>	2	Pza.			<b>DESIERTA</b>



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

Req. Adq.	Part Req	Cons	Concepto	Cant.	U/M	Marca	Precio Unitario más bajo ofertado en la 1era. Etapa
286	32	32	<b>Iluminador de espéculos Vaginales desechables</b>	1	Pza.		<b>DESIERTA</b>
286	33	33	<b>Agitador Orbital de plataforma</b> 1) Diámetro orbital: 19.0 mm 2) Peso a agitar permitido (incl. aditamento): 4.5 kg 3) Incrementos de 1 rpm 4) Rango de velocidad: 20 - 300 RPM 5) Timer en incrementos 0 a 49 hrs 6) Condiciones de temperatura ambiente 2 a 40°C 7) Dimensiones: 31.4 x 19.7 x 31.0 cm	2	Pza.	HEATROW	21,690.00 Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.
286	34	34	<b>Equipo de uroanalysis</b> 1) 10 (diez) año sde vida de uso 2) Pantalla sensible al tacto 3) Incluye impresora inalámbrica térmica 4) Rendimiento: 60 pruebas/ hora 5) Tiempo de medición: 60 segundos por prueba 6) Función almacenaje automático para más de 1000 resultados 7) Alta sensibilidad y reproducibilidad 8) 10 (diez) parámetros por prueba: Urobilinógenos, Glucosa, Bilirrubina Cetonas, Gravedad específica, Sangre, PH, Proteínas, Nitritos, Leucocitos. 9) Se Instalara y Capacitará en el Sitio que nos indiquen	1	Pza.	DIALAB	35,000.00 Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.
286	35	35	<b>Mesa alta de acero inoxidable con Tarja Izquierda de 140 cm</b> 1) Fregadero con tarja sencilla 2) Borde perimetral para evitar escurrimientos 3) Fabricado en acero inoxidable cal. 18 4) Dimensiones: (largo x fondo x alto), 1.40 x 0.70 x 0.90 mt.	6	Pza.	PROMEDIMEX	8,200.00 Corporativo Promedica de México, S.A. de C.V.
286	36	36	<b>Carro porta Muestras</b>	3	Pza.		<b>DESIERTA</b>

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

Req. Adq.	Part Req	Cons	Concepto	Cant.	U/M	Marca	Precio Unitario más bajo ofertado en la 1era. Etapa	
286	37	37	<p><b>Analizador de tiempos de coagulación</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (un) canal de medición completamente óptico</li> <li>2) Con reducción de la luz ambiental</li> <li>3) Ensayos: decoagulación como génicos o inmunoturbidimétricos</li> <li>4) Medidor de tiempo cuantitativo</li> <li>5) Volumen de muestra de 75 micro litros</li> <li>6) Autosensado óptico que elimine las interferencias por hemoglobina, bilirubina y luz solar</li> <li>7) Algoritmo de coagulación aprobado de análisis de forma de onda bifásica</li> <li>8) Auto encendido cuando se adiciona el reactivo</li> <li>9) 9). Curva de calibración de 3 puntos para cada prueba</li> <li>10) Función de cronometro a bordo</li> <li>11) Determinaciones dobles</li> <li>12) Con opción de impresora térmica externa</li> <li>13) Interface a LIS</li> <li>14) Que realice las siguientes pruebas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>14.1) Tiempo de protrombina (PT).</li> <li>14.2) Tiempo de tromboplastina parcial activada(APTT).</li> <li>14.3) Tiempo de trombina (TT).</li> <li>14.4) Fibrinógeno (FIB)</li> <li>14.5) Factor (FAC).</li> <li>14.6) Antitrombina cromogenica (AT3).</li> <li>14.7) Proteina cromogenica (PC).</li> <li>14.8) Ensayo para ecarina cromogeica por trombina (CECAT).</li> <li>14.9) Ensayo para ecarina cromogenica por hirudin (ECAH)</li> </ol> </li> <li>15) Unidades de medición: segundos, INR, %, U (MG/DL OR NG/ML).</li> <li>16) Block de incubación con temperatura de 37 +/- .2 °C, para 6 (seis) cubetas de muestra y 2 (dos) cubetas de reactivo.</li> <li>17) Alimentación eléctrica 120 VCA, 60 Hz.</li> <li>18) Con juego de reactivos, cubetas y controles para 300 pruebas.</li> <li>19) Este bien requiere de capacitación</li> </ol>	1	Pza.	LICON / CUATROM M1	60,000.00	Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2010

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

286	38	38	<b>Selladora térmica para bolsas de esterilización</b>	1	Pza.	<b>DESIERTA</b>		
286	39	39	<b>Negatoscopio de un campo</b>	7	Pza.	<b>DESIERTA</b>		
286	40	40	<b>Horno de secado</b> 1) Control de temperatura de ambiente +5 a 250 °C Sensibilidad +/- 2°C 2) Control digital micro controlado y sensor PT100 3) Control digital de tiempo de 99:59 hrs. 4) Protección por sobre temperatura 5) Alarma para limites alto y bajo de temperatura 6) Con 3 rampas de temperatura 7) Despliegue digital de temperatura 8) Convección de flujo gravitatorio 9) Cámara interna de acero inoxidable elemento calefactor resistente a la corrosión. 10) Con 2 ventilas deslizables para la circulación de vapor de (día 38 mm/1.5") 11) Volumen de la cámara 141 lt 12) Alimentación eléctrica 120 volts 60 hz. 13) Este bien requiere de Instalación en Sitio y Capacitación	1	Pza.	FELISA	68,750.00	Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.
286	41	41	<b>Lava ojos auto contenido de pared</b>	6	Pza.	<b>DESIERTA</b>		
286	42	42	<b>Incubadora Digital con conveccion por gravedad modelo FE-132D</b> <b>Especificaciones:</b> 1) Rango de temperatura de ambiente +5 a 100°C 2) Sensibilidad de temperatura de ±0.5°C 3) Resolución 0.1°C 4) Capacidad de 83 litros (3 Cu.Ft.) 5) Control de temperatura por microprocesador digital 6) Pantalla LCD en donde se visualiza la temperatura de operación y la programada, tiempo de ciclo y estado de proceso. 7) Programación amigable en el control de temperatura 8) Alarmas para limites altos y bajos de temperatura, detección de	1	Pza.	FELISA	80,000.00	Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.



**Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio**

			<p>fallas y bajas de voltaje.</p> <p>9) Llave de seguridad que bloquea el sistema de programación</p> <p>10) Sensor de temperatura PT-100</p> <p>11) Gabinete interior en acero inoxidable</p> <p>12) Gabinete exterior en acero terminado en esmalte anticorrosivo</p> <p>13) Puerta interior de vidrio termotemplado</p> <p>14) Luz interior</p> <p>15) Comunicación digital RS-232 opcional</p> <p>16) Timer de hasta 99:59 h</p> <p>17) Regulación del flujo de aire dentro de la cámara</p> <p>18) Dimensiones internas: 44 cm de ancho x 40 cm de profundo x 47 cm de alto</p> <p>19) Dimensiones externas: 62 cm de ancho x 56 cm de profundidad x 84 cm de alto</p> <p>20) Tiempo máximo para la temperatura: 50 minutos</p> <p>21) Requerimientos eléctricos: 120 V 60 Hz, 450 Watts</p> <p>22) Peso de 44 kg</p> <p>23) Este bien requiere de Capacitación</p>					
286	43	43	<p><b>Mesa Pasteur</b></p> <p>1) Barandal de alambón de acero inoxidable de 9.5 mm. (3/8") de diámetro, acabado pulido soldado a cubierta.</p> <p>2) Cubierta de acero inoxidable, calibre 20, acabado pulido.</p> <p>3) Entrepañó de acero inoxidable, calibre 20, unido a la estructura, acabado pulido.</p> <p>4) Estructura de tubo de lamina de acero inoxidable acabado pulido, calibre 18, 25.4 mm. (1") de diámetro, y tubo</p> <p>5) Del mismo material en travesaños horizontales de 12.7 mm. (1/2") de diámetro, acabado pulido</p> <p>6) Rodajas giratorias con sistema de rodamiento embalerado y llanta de gel transparente de 101.1 mm. (4") de diámetro, con horquilla de acero troquelada de una sola pieza, acabado cromado</p> <p>7) Nota: el acero inoxidable deber ser tipo AISI - 304</p> <p>8) Tolerancias en las dimensiones generales + 1.0 cm.</p>	14	Pza.	DIMEDIC	4,927.00	<p align="center"><b>Corporativo Promedica de México, S.A. de C.V.</b></p>



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2010

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

Req. Adq.	Part Req	Cons	Concepto	Cant.	U/M	Marca	Precio Unitario más bajo ofertado en la 1era. Etapa	
286	44	44	<b>Mueble II para laboratorio de: 2.90 mt. de largo x 0.635 mt. de fondo x 0.86 mt. de alto</b>	2	Pza.		<b>DESIERTA</b>	
286	45	45	<p><b>Bascula para Pacientes en Silla de ruedas</b></p> <p>1) Para el pesaje seguro del paciente de pie, sentado y en silla de ruedas, sin necesidad de realizar adaptaciones:</p> <p>1.1) De pie mediante el pasamanos estable,</p> <p>1.2) Sentado con un asiento plegable integrado.</p> <p>1.3) Y en silla de ruedas mediante una plataforma</p> <p>2) Que el peso de la silla de ruedas o del andador se resta de forma sencilla con la función pre-tara.</p> <p>3) Tecnología wireless con la que todos los resultados de medición se pueden enviar de forma inalámbrica a una impresora inalámbrica o al software en pc.</p> <p>4) Plataforma de 76 x 82 cm.</p> <p>4.1) Con recubrimiento de goma antideslizante.</p> <p>4.2) Con rampa de acceso a la silla de ruedas.</p> <p>5) Con 2 (dos) pasamanos.</p> <p>6) Capacidad de 360 kg.</p> <p>6.1) División de 50g.</p> <p>7) Dimensiones: ancho x alto x profundidad: 910 x 1100 x 1064 mm.</p> <p>8) Funciones:</p> <p>8.1) RESET,</p> <p>8.2) Amortiguación,</p> <p>8.3) Conmutación kg/lbs/sts,</p> <p>8.4) Ruedas de transporte</p> <p>8.5) TARA,</p> <p>8.6) Protección contra sobre carga,</p> <p>8.7) Auto-SEND,</p> <p>8.8) SEND,</p> <p>8.9) Interfaz Wireless,</p> <p>8.10) PRINT,</p>	1	Pza.	<b>SECA / 684</b>	118,500.00	<b>Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.</b>



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

**Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio**

			<p>8.11) Auto-PRINT, 8.12) Hold, 8.13) Auto-HOLD, 8.14) Auto-CLEAR 8.15) Pre-tAra, 8.16) El índice de masa corporal – BMI. 9) Certificación: CE 0123 10) Alimentación eléctrica 120 VCA,60Hz. 11) Con software incluido y dispositivo Wireless 12) Este bien requiere de instalación en sitio y capacitación</p>					
286	46	46	<b>Estación de trabajo radiológica</b>	3	Pza.		<b>DESIERTA</b>	
286	47	47	<p><b>Lámpara de fotocurado</b> 1) Lámpara de foto curado de tecnología LED. 2) Carcasa de acero inoxidable de una pieza, sin juntas o rejillas, prácticamente irrompible, hermética para evitar la contaminación, fácil de desinfectar, con un revestimiento vitrocerámico que protege frente a manchas y huellas dactilares. 2.1) Sin ventilador para un funcionamiento silencioso. 2.2) Sin rejillas para una desinfección rápida y sencilla. 3) Intensidad de 1200 mW/cm<sup>2</sup>. 4) Longitud de onda de 430 - 480 nm. 5) Tiempo de curado de 10 segundos para muchos composites 6) Guía de luz de 10 mm, translúcida. 7) Ajuste de la guía de luz magnético único para una fijación y posicionamiento rápidos y fáciles de la guía de luz. 8) Alimentación por batería de iones de litio, autonomía: aprox. 60 min. 8.1) Tiempo de carga de la batería vacía: aprox. 90 min. 9) Cambio de batería sin necesidad de herramientas. 10) Base de carga con luxómetro integrado e indicador de carga de la batería 11) Control de intensidad de la luz por luxómetro (integrado en la base de carga) 12) Peso de 250 gr</p>	3	Pza.	3M	31,345.00	Corporativo Promédica de México, S.A. de C.V.



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Alvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

Req. Adq.	Part Req	Cons	Concepto	Cant.	U/M	Marca	Precio Unitario más bajo ofertado en la 1era. Etapa
286	48	48	<p><b>Centrifuga de micro hematocrito para 24 tubos capilares</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Centrifuga Z216M</li> <li>2) Velocidad máxima 15,000 RPM</li> <li>3) Especificaciones</li> <li>4) Máxima capacidad 44 x 1.5/2.0 ml</li> <li>5) Rango de velocidad de 200 a 15,000 RPM</li> <li>6) Máxima fuerza: 21,380 x g</li> <li>7) Timer de 59 min 50 sec 99 h 59 min4)</li> <li>8) Motor de inducción libre de mantenimiento</li> <li>9) Microprocesador con display LCD grande</li> <li>10) Puerta activada con el motor</li> <li>11) Identificación del imbalance con paro automático</li> <li>12) Señal de alarma audible al final de cada corrida</li> <li>13) Rápida aceleración y desaceleración.</li> <li>14) Nivel de ruido menos de 60 dba a 20,000 xg</li> <li>15) Extremadamente pequeña con ahorro de espacio importante</li> <li>16) Acceso rápido a la muestra con un simple toque suave sobre la puerta</li> <li>17) Opción de rotores herméticamente sellados</li> <li>18) Manufacturado de acuerdo a la regulación de seguridad internacional IEC 1010.</li> </ol> <p>Características del panel de control:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>19) Operación simple con una sola mano, fácil de programar con guantes</li> <li>20) Teclado en forma laminar (plano)</li> <li>21) Indicación permanente de los valores programados y los actuales</li> <li>22) Selección de velocidad tanto en RPM como en fuerza g</li> <li>23) Tecla para corridas cortas</li> <li>24) 10 (diez) rampas de aceleración y 10 rampas de desaceleración</li> <li>25) Almacenamiento de hasta 99 corridas</li> <li>26) Medidas: 28 cm de ancho x 29 cm de alto x 39 cm de fondo</li> <li>27) Peso 17 kg</li> </ol>	1	Pza.	HERMLE	100,000.00

Lab Tech  
Instrumentación,  
S.A. de C.V.

*[Handwritten signatures and initials]*



**Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio**

			28) Opera a 120 V 60 Hz 29) Incluye: Rotor para microhematocrito para 24 capilares 12,000 RPM 14,970 XG 30) Este bien requiere de Capacitación					
286	49	49	<b>Unidad de profilaxis Dental</b>	3	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	50	50	<b>Monitor Spopt de Signos Vitales Inalámbrico</b>	1	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	51	51	<b>Esterilizador de vapor autogenerado vertical para laboratorio</b>	1	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	52	52	<b>Esterilizador de vapor autogenerado para dental y maxilofacial</b>	3	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	53	53	<b>Campana para preparación de medios de cultivo con solventes</b> 1) Campana para extracción de humos y gases 2) Fabricada con interiores en acero inoxidable y 3) Cubierta de resina epóxica color negro de alta durabilidad. 4) Puerta tipo guillotina contrabalaceada de cristal templado, 5) Motor de extracción 1/4 Hp, 6) Con un volumen de aire de 1296 CMH. 7) Incluye: 2 (dos) contactos dobles, llaves para gas, agua, vacío y desagüe. 8) Gabinete inferior con 2 puertas. 9) Dimensiones: 120*75*225 cm (w*d*h), opera con 110V. 10) Este bien requiere de Instalación en Sitio	1	Pza.	LAB-TECH	185,000.00	Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.
286	54	54	<b>Lámpara de examinación con pedestal móvi</b> 1) Lámpara de examen. 2) Con base rodable 3) Con 1 (un) led 4) Temperatura de color de 5000 k. 5) Intensidad luminosa de 42.000 lux a 30 cm. 6) Cabezal ligero y cuello de cisne que mantiene la lámpara en la distancia deseada 7) Sin sombras de la superficie de iluminación deseada	10	Pza.	HEINE	21,157.50	DEWIMED, S.A.



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

Req. Adq.	Part Req	Cons	Concepto	Cant.	U/M	Marca	Precio Unitario más bajo ofertado en la 1era. Etapa	
286	55	55	<b>Cámara Intraoral</b>	3	Pza.		<b>DESIERTA</b>	
286	56	56	<b>Microscopio de Campo Claro</b> 1) Tubo binocular con ángulo de visión de 30 °. 2) Con dioptrías pre ajustadas para visión corregida. 3) Oculares integrados al tubo 10x/18 (campo de visión de 18 mm.) 4) Distancia entre pupilas ajustable de 50 mm. a 75 mm. 5) Estativo con forma que proteja los controles. 6) Material del estativo solido y robusto. 7) Con revolver moleteado. 8) Con revolver de 4 posiciones. 9) Con asa vertical. 10) Con enrollador de cable de alimentación. 11) Objetivo planacromático 4x/0.10 NA. 12) Objetivo planacromático 10x/0.25 NA. 13) Objetivo planacromático 40x/0.65 NA. 14) Objetivo fov 20 planacromático 100x/0.80 na,0.3 mm., objetivo inmersión de aceite. 15) Carga de porta objetos con una mano. 16) Recorrido de platina de 26 mm. x 76 mm. 17) Superficie de platina de 185 mm. x 140 mm. 18) Bordes del estativo redondeados. 19) Cremallera sin ampliación. 20) Calibradores vernier para coordenadas X/Y. 21) Superficie de platina resistente a la abrasión. 22) Condensador Abbe de 1,25. 23) Controles de enfoque para una posición baja de la mano. 24) Mecanismo de enfoque autoajustable. 25) Con 300 micras de rotación de enfoque micrométrico. 26) Calibración de enfoque en incrementos de 3 micras. 27) Botones de enfoque balanceados. 28) Iluminación led de 6,000 K, vida útil 25,000 horas.	3	Pza.	HUND	76,125.00	DEWIMED, S.A.

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

- 29) Apagado con botón.
- 30) Tratamiento antimicrobiano.
- 31) Alimentación eléctrica 120VCA, 60Hz.
- 32) Certificaciones: **CULUS, CE Y ROHS.**
- 33) Este bien requiere de instalación en sitio

286	57	57	<b>Esterilizador de mesa de 85 litros con mesa:</b>	1	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	58	58	<b>Refrigerador para vacunas de 17.6 pies cúbicos</b>	5	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	59	59	<b>Equipo automatizado de Hematología</b> 1) Parámetros: Modo de sangre total: 19 WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LINF%, MXD%, NEUT%, LINF#, MXD#, NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR. 2) Modo predilución: 8 WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT. 3) Almacenamiento de datos: hasta 300 resultados de prueba con histogramas. 4) Con capacidad para Sistema de Información de Laboratorio. 5) Normas: <b>ISO:9001,13485,14001; CE; IEC 61010</b> (corresponde a la serie de normas <b>DIN en 61010</b> ) 6) Este bien requiere de instalación en sitio y capacitación	1	Pza.	LICON / HEMAT 18	185,000.00	Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.
286	60	60	<b>Mesa de exploración Universal</b> 1) Gabinete fabricado en lamina de acero cal. 20 acabado con pintura en polvo aplicada electrostáticamente, con niveladores de aluminio para el ajuste de altura. 2) Con cajones 3 (tres) enfrente y 2 (dos) laterales, cajones en plástico de alto impacto, con correderas telescópicas de 450 mm. acabado galvanizadas y jaladeras de plástico embutidas. 3) Mecanismo para talonera que permite 4 posiciones a 10° de cada una, así como un deslizamiento de la misma (longitud) para que el usuario la pueda colocar a sus necesidades 4) Talonera de aluminio en acabado pintura electrostática y base de solera de 25.4 x 9.525 mm. (1"x 3/8") acabado cromo brillante. 5) Soportes para el colchón en lamina cal. 14 6) Accionamiento de dorso por medio de pistón neumático de	9	Pza.	DIMEDIC	30,538.00	Corporativo Promédica de México, S.A. de C.V.



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Alvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

			<ul style="list-style-type: none"> <li>7) Soporte para pienera de forma independiente de las taloneras</li> <li>8) Pienera con bayoneta de acero de 12.7 mm. (1/2") de diámetro en acabado cromo, pienera de plástico acojinada y forrada con vinil color negro.</li> <li>9) Charola recolectora de líquidos en acero inoxidable tipo AISI 304 con capacidad de 1.5 litros</li> <li>10) Escalón retráctil con hule antiderrapante simulando otro cajón.</li> <li>11) Contacto duplex polarizado de 127 volts</li> <li>12) Soporte para esfigmanómetro en lamina cal. 20 acabado con pintura en polvo aplicada electrostáticamente</li> <li>13) Colchón de alta durabilidad y resistencia al uso cotidiano para el cual fue diseñado, colchón de poliuretano inyectado y moldeado en alta densidad (50-55 kg/m³) para evitar deformaciones con el uso I.F.D. 38.59 kg/cm3), resistencia a la tensión 119.67 kpa, resistencia al desgarre 248.60 n/m, resistencia a la elongación 127.5%, contara para su fabricación con piro-retardantes para que no sea flamable, elaborado en dos secciones, ergonómico. forro de colchón en vinil sin ningún tipo de costuras ni vivos a los lados y debe cumplir con las siguientes características: lavable, impermeable, antibacterial, liso suave al tacto, retardante al fuego y deberá moldearse a la forma del colchón, con respaldo metálico con terminado de pintura aplicada electrostáticamente y horneada.</li> </ul>					
286	61	61	<b>Mesa para ultrasonografía</b>	1	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	62	62	<b>Lavadora descontaminadora de vapor para CEYE</b>	1	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	63	63	<b>Lavadora desinfectora para laboratorio</b>	1	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	64	64	<b>Equipo automatizado de química clínica</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Con sistema de auto diagnóstico.</li> <li>2) Control de calidad con graficas de Levey-Jennings .</li> <li>3) Parámetros disponibles: Albúmina. Alanino, Amino Transferasa (TGP), Aspartato Amino Transferasa (TGO) Amilasa, Bilirrubina Total y Directa, Calcio, Colesterol, CK (creatino quinasa), CK MB, Fosfatasa Alcalina, Fósforo, Creatinina, Gamma Glutamil Transferasa, Glucosa (Hexoquinasa), Glucosa (trider), Hemoglobina Glycosilada, HDL-Colesterol, LDL- Colesterol, Proteínas totales, Triglicéridos, Urea Nitrogenada, Ácido úrico, Magnesio, Potasio,</li> </ul>	1	Pza.	<b>RESPONSE 910 DÍASYS</b>	<b>365,000.00</b>	<b>Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.</b>




**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Alvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

			Sodio, Hemoglobina, Cloro, Hierro Total, Perfil de lípidos.					
286	65	65	<b>Centro de Diagnóstico de pared</b> 1) Modular: unidad de diagnóstico de pared con 3 (tres) mangos, uno para oftalmoscopio, uno para otoscopio led y otro para depresor lingual led 2) Con módulo reloj 3) Con módulo de esfigmomanómetro aneroides 4) Con 3 (tres) brazaletes, adulto obeso, adulto y adulto pequeño, y escolar. 5) Escala de 145,5 mm. o mayor, tolerancia de error: +/-3 mm hg. 6) Con cestillo para guardar los tubos y el brazalete 7) Con módulo termómetro 8) Otico 9) Valores de medición en °C o °F. 10) Duración de la medición aprox. 1-2 segundos. 11) Función de memoria para 12 mediciones. 12) Casquillos de sonda 13) Operación a baterías alcalinas tipo aa 1,5 v incluidas para al menos 1.000 mediciones. 14) Con módulo dispensador de espéculos de otoscopio para 5 tubos que permiten hasta 5 tamaños de espéculos y visibilidad del nivel de llenado de los tubos 15) Todos los cabezales deben contar con dispositivo antirrobo 16) Alimentación eléctrica 120 volts, 60 hz. 17) Este bien requiere de instalación en sitio	7	Pza.	RIESTER	56,460.00	Corporativo Promédica de México, S.A. de C.V.
286	66	66	<b>Radiovisiografo</b>	3	Pza.	DESIERTA		

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

Req. Adq.	Part Req	Cons	Concepto	Cant.	U/M	Marca	Precio Unitario más bajo ofertado en la 1era. Etapa	
286	67	67	<p><b>Unidad estomatológica (dental)</b></p> <p>1) Lámpara estomatológica</p> <p>1.1) Integrada al sillón.</p> <p>1.2) Cabezal de aluminio</p> <p>1.3) Orientable a la boca del paciente.</p> <p>1.4) Ventilación natural</p> <p>1.5) Haz de luz fría enfocable de 50 a 100 cm de distancia libre de sombras.</p> <p>1.6) Intensidad luminosa graduable.</p> <p>1.7) Iluminación dentro del rango de 10,000 a 50,000 luxes.</p> <p>1.8) Temperatura de color de 3,500° K o mayor</p> <p>1.9) Reflector dicróico.</p> <p>2) Módulo estomatológico:</p> <p>2.1) Integrado al sillón con altura ajustable en conjunto con el sillón.</p> <p>2.2) Posicionable en cualquier punto alrededor de 270° como mínimo.</p> <p>2.3) Negatoscopio integrado.</p> <p>2.4) Dispositivos individuales para alimentar y controlar el aire y el agua en las piezas de mano a través de bloque automático.</p> <p>2.5) Botella de agua purificada con sistema de válvula para regular el agua de enfriamiento.</p> <p>2.6) Manómetros con escala de 0 a 4 kg/cm2.</p> <p>2.7) Reguladores de presión de aire y agua para las piezas de mano y jeringa triple.</p> <p>3) 1 (una) pieza de mano de alta velocidad</p> <p>3.1) Mango de acero inoxidable de 2 vías, desmontable y esterilizable en autoclave.</p> <p>3.2) Turbina con mandril, eje y baleros de acero inoxidable con velocidad de giro de 350,000 RPM o mayor.</p> <p>3.3) Herramienta para cambio de fresas</p> <p>4) 1 (una) pieza de mano de baja velocidad:</p> <p>4.1) Mango de aluminio.</p> <p>4.2) 2 (dos) vías.</p> <p>4.3) Desmontable y esterilizable en autoclave.</p>	3	Pza.	DEWIMED MADE BY DIPLOMAT	184,800.00	DEWIMED, S.A.

*[Handwritten signatures and initials]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Alvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

**Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio**

--	--	--

- 4.4) Giro de 0 a 30,000 RPM +/- 10,000 RPM.
- 4.5) Contra ángulo y adaptador.
- 4.6) Cono recto con mandril de acero inoxidable para inserto de fresa.
- 4.7) Herramienta para cambio de fresa, en caso de ser necesario.
- 5) Jeringa triple estomatológica:
  - 5.1) De acero
  - 5.2) 2 (dos) puntas desmontables y esterilizables en autoclave.
  - 5.3) 2 (dos) ductos, uno para agua y otro para aire.
- 6) Sillón dental
- 7) Sistema electrohidráulico:
  - 7.1) Capacidad mínima de levante de 180 Kg.
  - 7.2) Movimientos verticales de ascenso y descenso variable desde su base.
  - 7.3) Sistema de mando eléctrico accionado con control manual y/o pedal.
  - 7.4) Movimientos electromecánicos del respaldo para las siguientes posiciones: desde posición cero hasta automática.
  - 7.5) Asiento y descansa piernas corrido, forrado con material plástico lavable.
  - 7.6) Funda de protección en el área de la piécera, con coderas, o descansa brazos.
  - 7.7) Cabezal con articulación para movimientos de inclinación anterior y posterior.
- 8) Escupidera:
  - 8.1) Integrada al soporte del sillón o a la unidad.
  - 8.2) Con recipiente de porcelana o vidrio porcelanizado o polímero resistente a rayaduras o acero esmaltado o acero inoxidable.
  - 8.3) Desmontable para fácil limpieza.
  - 8.4) Con soporte para llenado de vaso, con control de llenado y enjuague de escupidera temporizado o llenado manual o con controlador de reloj electrónico para ajustar el tiempo de salida de agua.
  - 8.5) Base conectada al sistema de drenaje.
- 9) Aspirador quirúrgico y eyector de saliva ambos con:
  - 9.1) Integrado a la unidad estomatológica
  - 9.2) Vaciado rápido.

--	--	--	--

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018


**Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio**

			<p>9.3) Sistema silencioso. 9.4) Accionado con aire. 9.5) Con trampa para sólidos y con descarga directa al drenaje.</p> <p>10) Banco para estomatólogo 10.1) Sistema neumático para ajuste de altura. 10.2) Con rodajas, tapizada de plástico o tela resistente y lavable.</p> <p>11) Unidad estomatológica 11.1) Sistema para el suministro de aire y agua, de la caja de conexiones al módulo de trabajo. 11.2) Sistema de protección que impida el reflujos de líquidos al término de los tratamientos. 11.3) Con mangueras de silicón o poliuretano lisas, de 2 vías, de un largo de 180 a 200 cm.</p> <p>12) Compresora de aire 12.1) De 1.5 HP como mínimo. 12.2) Sistema de purga de condensados 12.3) Tecnología libre de aceite. 12.4) Entrega de aire limpio. 12.5) Silenciosa. 12.6) Con tanque capacidad de almacenamiento de 70 litros.</p> <p>13) Instalación: Alimentación eléctrica 120 V a 60 Hz. +/- 10% 13.1) Toma de agua y desagüe.</p> <p>14) Este bien requiere de Instalación en Sitio, Capacitación y Guía Mecánica</p>					
286	68	68	<p><b>Centrifuga de 36 tubos 13 x 100 mm</b></p> <p>1) Centrifuga de mesa modelo Z306 2) Especificaciones: 3) Rango de velocidad máxima: de 200 a 14,000 RPM 4) Fuerza centrífuga máxima: 18,626 x g 5) Capacidad máxima: 4 x 100 ml 6) Timer: 59 min 50 s en incrementos de 10 s, 99 h 59 min 50 s en incrementos de 1 minuto 7) Panel de control digital de operación manual simple. A prueba de salpicaduras. 8) Indicación de valores actuales y programados. 9) Selección de velocidad en RPM y RCF</p>	5	Pza.	<b>HERMLE</b>	<b>134,500.00</b>	<b>Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.</b>



**Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio**

			<ol style="list-style-type: none"> <li>10) 10 rampas de aceleración y desaceleración</li> <li>11) Posibilidad de desacelerar sin freno</li> <li>12) 99 programas de almacenamiento</li> <li>13) Tecla para corridas cortas</li> <li>14) Motor libre de mantenimiento</li> <li>15) Display LCD grande controlado por microprocesador</li> <li>16) Bloqueo de la puerta</li> <li>17) Sistema de identificación del rotor con protección de sobre velocidad</li> <li>18) Sistema de detección de desbalanceo con paro automático</li> <li>19) Una gran variedad de opciones de rotores y adaptadores</li> <li>20) Señal audible al final de cada corrida</li> <li>21) Nivel de ruido de 63 dBA a su máxima velocidad</li> <li>22) Sistema de ventilación en la camara que ayuda a las muestras permanecer frescas</li> <li>23) Medidas: 35.5 cm de ancho x 33 cm de alto x 47.4 cm de fondo</li> <li>24) Requerimientos eléctricos: 120 V 50/60 Hz, 300 Watts</li> <li>25) Peso: 30 kg</li> <li>26) Incluye: Rotor oscilante para</li> <li>27) 4 (cuatro) plazas de 100 ml</li> <li>28) Velocidad máxima 4500 rpm</li> <li>29) Fuerza centrífuga máxima 3350 x g</li> <li>30) Buckets para 36 tubos de 5/7 ml (13 X 100 mm)</li> <li>31) Este bien requiere de Capacitación</li> </ol>					
286	69	69	<p><b>Estación de pesaje y Medición</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Integrable en red con tecnología inalámbrica, wireless.</li> <li>2) Línea de Frankfurt para posicionamiento preciso de la cabeza. O similar.</li> <li>3) Capacidad de hasta 300 kg o mayor             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1) División por 50 g o menor.</li> <li>3.2) Tara hasta 300 kg. o mejor.</li> </ol> </li> <li>4) Rango de medición de 30 a 220 cm. o mejor             <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1) División de: 1mm o menor.</li> <li>4.2) Precisión de: +- 2mm.</li> </ol> </li> <li>5) Cálculo automático del BMI.,</li> <li>6) Pantalla de tres líneas para indicar simultáneamente la talla, el peso</li> </ol>	9	Pza.	SECA / 284	125,000.00	<p align="center"><b>Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.</b></p>





**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GÓBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2010

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

			<p>y el BMI</p> <p>7) Incluir software para transmitir datos obtenidos a una PC</p> <p>7.1) Transmisión de datos segura y encriptada según AES (Advanced Encryption Standard)</p> <p>7.2) Para enlazar hasta de hasta 45 por cada PC.</p> <p>7.3) Ajuste de frecuencia definido por el usuario.</p> <p>7.4) Banda ISM (Industrial, Scientific and Medical Band) 2,4 GHz.</p> <p>7.5) Protección contra interferencias de otras redes por potencia de transmisión inferior a 10 mW.</p> <p>7.6) Alcance: de hasta 10 m.</p> <p>7.7) Que pueda exportar los datos a un sistema de gestión de pacientes (SGP).</p> <p>7.8) Datos a formatos HL 7 y GDT.</p> <p>8) Dimensiones: 466 mm. de fondo x 434 mm. de ancho x 2,394 mm. de alto con tolerancia del 10%.</p> <p>9) Peso no mayor a 16,5 Kg.</p>					
286	70	70	<p><b>Unidad de ultrasonografía de uso general</b></p> <p>1) Equipo de ultrasonido con fines diagnósticos, aplicable en ginecología y obstetricia, así como de propósito general. Con las siguientes características:</p> <p>2) monitor plano tipo lcd de 17 pulgadas, de 525 líneas y con rotación del mismo monitor,</p> <p>3) Con 256 niveles de gris</p> <p>4) Con 16 millones de tonos de color</p> <p>5) Interconstruido al gabinete</p> <p>6) Modos: b, m/b, m,</p> <p>7) Con procesamiento digital</p> <p>8) Profundidad de despliegue de hasta 30 cms.</p> <p>9) Rango dinámico del sistema 240 db</p> <p>10) Doppler pulsado</p> <p>11) Imágenes armónicas en modo b en las variables: penetración, resolución o inversión de pulsos</p> <p>12) Con memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop en color y blanco y negro de 12800 cuadros</p> <p>13) Cine espectral con al menos 1000 segundos</p> <p>14) Teclado alfanumérico integrado al tablero de control</p>	1	Pza.	HITACHI	850,000.00	Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.

*[Handwritten signatures and initials]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

**Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio**

- 15) Con al menos 4 (cuatro) funciones, mediciones o canales para cuatro distancias, área, volumen y ángulos,
- 16) Con congelamiento de imagen
- 17) Paquetes de cálculos obstétricos y ginecológicos
- 18) Con track ball integrado
- 19) Salida de video
- 20) Convertidor de barrido digital de 12 bits con 65,536 canales de proceso digital desde la formación del haz
- 21) Selección de zonas o puntos focales
- 22) Zoom en tiempo real y de imagen congelada
- 23) Con ajuste de la curva de ganancia mediante ocho controles deslizables, de manera totalmente independiente de la ganancia principal
- 24) Programas completos de reportes y cálculos, distancias, velocidades, capacidad de medir pendientes y aceleración/desaceleración
- 25) Inclusión de protocolos preestablecidos de 45 programas
- 26) Impresora en color y blanco y negro en formato 8" x 10",
- 27) Capacidad de incorporar innovaciones de hardware y software a futuro incluyendo la adquisición de imágenes en 3d en tiempo real (4d)
- 28) Con transductores para abdomen y endovaginal. Transductores electrónicos de banda ancha, ultrabanda o multifrecuencial
- 29) Transductor lineal de 4.0 MHz. a 13.0 MHz.
- 30) Transductor convexo con frecuencia de 1.0 MHz. a 6.0 MHz. con armónicas
- 31) Con transductor intracavitario con frecuencia de 3.0 MHz. a 9.0 MHz. con un ángulo de apertura de 180° y un rango del radio de curvatura de 9 mm.
- 32) Deberá contar con la posibilidad de conectar transductores sectoriales, vectoriales o arreglo en fase.
- 33) Unidad de CD-R. Disco duro con capacidad de almacenamiento de 350 Gb.
- 34) Con protocolo dicom
- 35) Gabinete para transporte del equipo interconstruido, ruedas con freno, gabinete con espacio para guardar accesorios y porta transductor

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Alvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

			36) Ups en línea de doble conversión, automático y que incluya un supresor de picos					
			37) 20 (veinte) CD-R					
			38) 2 (dos) cajas de película para impresora					
			39) 2 (dos ) galones de gel conductor					
286	71	71	<b>Refrigerador para Farmacia</b>	4	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	72	72	<b>Refrigerador para Laboratorio</b>	7	Pza.			<b>DESIERTA</b>
286	73	73	<b>Unidad radiológica digital directo de 500 Ma</b> 1) Descripción: 1.1) Equipo para realizar radiografías simples 1.2) Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: mesa con tablero flotante en las cuatro direcciones. 1.3) Recorrido longitudinal +/- 51 cm., recorrido lateral +/- 12 cm.. 1.4) Altura variable de 56.5 cm. a 87 cm. 1.5) Con bucky integrado bajo la mesa, con recorrido longitudinal de 53 cm. que acepte chasis de hasta 17" x 17". 1.6) Con rejilla oscilante, focalizada a un rango entre 86 y 112 cm., relación 8:1 o mayor, de 40 líneas por cm. 1.7) Columna portatubos, autosoportable al piso. 1.8) Con desplazamiento longitudinal de 244 cm. en rieles de 305 mts. 1.9) Frenos electromagnéticos. 1.10) Desplazamiento vertical del tubo de 25.4 cm. a 190 cm. 1.11) Rotación del tubo de +/- 180° con indicador del ángulo de incidencia. 1.12) Colimador manual con haz luminoso. 1.13) Tubo de Rayos "X" de 300,000 hu 1.13.1) Foco fino de 0.6 mm. 1.13.2) Foco grueso de 1.2 mm. 1.14) Velocidad de 3,450 RPM 1.15) Bucky vertical fijo al piso o al muro. 1.16) Con rejilla oscilante con relación 12:1, focalización con rango de 101.6 cm. a 183 cm. 1.17) Que acepte chasis de 43 x 43 cm. (17" x 17").	1	Pza.	DEL MEDICAL	1,800,000.00	Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.

*[Handwritten signatures and initials]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17

Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

			<p>1.18) Generador de Rayos "X" de alta frecuencia, controlado por microprocesador.</p> <p>1.19) Con potencia de 50 Kw.</p> <p>1.20) Corriente de 600 mA</p> <p>1.21) Con un intervalo de 40 Kv o menor a 150 Kv, con pasos de 1 Kv.</p> <p>1.22) Con intervalo de tiempos de 1 milisegundo a 6.3 seg.</p> <p>1.23) Panel de control digital, que despliegue, Kv, ma y seg.</p> <p>1.24) 768 programas anatómicos programables por el usuario.</p> <p>1.25) Detector plano digital de silicio amorfo (a-si) con matriz de 2560 x 3072 pixeles.</p> <p>1.26) Tamaño del detector de 35 cm x 43 cm</p> <p>1.27) Profundidad de imagen de 14 bits</p> <p>1.28) Tamaño del pixel de 140 micrones</p> <p>1.29) Resolución de imagen de 3.5 lpm</p> <p>1.30) DQE &gt; 70%</p> <p>2. Refacciones:</p> <p>2.1) Según marca y modelo.</p> <p>3. Accesorios:</p> <p>3.1) 1 (un) mandil emplomado.</p> <p>3.2) 1 (un) collarín protector de tiroides.</p> <p>3.3) 1 (un) juego protector de gonadas.</p> <p>3.4) Impresora en seco o sublimación térmica con conectividad dicom, con al menos tres charolas de entrada, para papel y película blanco y negro con formatos de 8" x 10", 11" x 14" y 14" x 17" en línea.</p> <p>4. Consumibles: 2 (dos) cajas de película radiográfica de 14" x 17", 2 (dos) cajas de película radiográfica de 11" x 14" y 2 (dos) cajas de película radiográfica de 8" x 10"</p> <p>5. Instalación: Alimentación eléctrica: de 220 Vac y 60 Hz.</p>					
297	1	74	<b>Riñón de 500 ml modelo: s/m cat 88.139.25</b>	1	Pza.	DEWIMED	588.00	DEWIMED, S.A.
297	2	75	<b>Set de Hidratación Oral</b>	2	Pza.	<b>DESIERTA</b>		
297	3	76	<b>Torundera de 500 ml de acero inoxidable</b>	15	Pza.	<b>DESIERTA</b>		

*[Handwritten signatures and initials]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Alvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

297	4	77	<b>Mango de bisturí modelo: 4 cat 06.104.00</b> 1) Del num. 4 2) De acero inoxidable. 3) Certificado CE	7	Pza.	DEWIMED	630.00	DEWIMED, S.A.
297	5	78	<b>Set de instrumental para curación (básico)</b> 1) 1 (una) Pinza de disección, estándar, con dientes 2 x 3, de 14 cm, de acero inoxidable, mango acerrado, con resistencia mecánica grado 410, con certificación CE. 2) 1 (una) Pinza hemostática crile, curva, de 14 cm. longitud, de acero inoxidable, con certificación CE 3) 1 (una) Tijera de mayo recta de 14.5 cm de longitud, de acero inoxidable, con certificación CE	1	Pza.	DEWIMED	5,250.00	DEWIMED, S.A.
297	6	79	<b>Set de instrumental para retirar puntos</b> 1) 1 (una) Pinza de disección, estándar, con dientes 2 x 3, de 14 cm., de acero inoxidable, mango acerrado, con resistencia mecánica grado 410, con certificación CE. 2) 1 (una) tijera littauer, de 14 cm. de longitud, de acero inoxidable, con certificación CE.	1	Pza.	DEWIMED	5,250.00	DEWIMED, S.A.
297	7	80	<b>Set de instrumental para sutura</b> 1) 1 (una) pinza de disección estándar, con dientes, recta, de 145 mm. de long. 2) 1 (una) pinza de disección estándar, sin dientes, recta, de 145 mm. de long. 3) 1 (unas) tijera mayo, recta, de 145 mm. de long. 4) 2 (dos) pinzas kelly, curva, de 140 mm. de long. 5) 4 (cuatro) pinzas backhaus de 90 mm. de longitud, 6) 1 (una) pinza, recta, estriada, de 200 mm. de long. 7) 1 (una) charola mayo, de acero inoxidable, de 490 x 320 mm. 8) 1 (un) vaso de acero inoxidable de 100 ml. 9) 1 (un) riñón de acero inoxidable de 250 ml. 10) 1 (un) porta agujas mayo hegar, recto, de 160 mm. de long. 11) Certificado de aprobación ISO 9001 y CE	1	Pza.	DEWIMED	5,250.00	DEWIMED, S.A.
297	8	81	<b>Charola de mayo con tapa de (31.2 x 19.5 x 5) cm</b>	6	Pza.	<b>DESIERTA</b>		
297	9	82	<b>Martillo para Reflejos Tipo Buck de acero inoxidable</b>	7	Pza.	RIESTER	985.00	Corporativo

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

			1) Fabricación en acero inoxidable. 2) Con aguja y pincel. 3) De 18 cm. de longitud.					Promedica de México, S.A. de C.V.
297	10	83	<b>Pinza de Disección modelo: s/m cat 10.140.14</b> 1) Estándar 2) Con dientes 2 X 3 3) De 14.5 cm, 4) De acero inoxidable, 5) Mango acerrado con resistencia mecánica grado 410, 6) Con certificación CE.	7	Pza.	DEWIMED	1,244.25	DEWIMED, S.A.
297	11	84	<b>Pinza de Disección modelo: s/m10.102.14 cat</b> 1) Estándar, 2) Sin dientes, 3) De 14.5 cm. 4) De acero inoxidable con resistencia mecánica grado 410, 5) Con Certificación CE.	7	Pza.	DEWIMED	1,244.25	DEWIMED, S.A.
297	12	85	<b>Especulo vaginal tipo graves chico, modelo: graves cat70.110.01</b>	7	Pza.	DEWIMED	1,281.00	DEWIMED, S.A.
297	13	86	<b>Especulo vaginal tipo graves grande, modelo: graves cat 70.110.03</b>	7	Pza.	DEWIMED	1,281.00	DEWIMED, S.A.
297	14	87	<b>Especulo vaginal tipo graves mediano, modelo: graves cat 70.110.02</b>	7	Pza.	DEWIMED	1,281.00	DEWIMED, S.A.
297	15	88	<b>Pinza Halsted mosquito, modelo: Halsted mosquito cat 12.221.12</b> 1) Curva, 2) Longitud de 12.5 cm. 3) Fabricada En acero inoxidable. 4) Certificado CE	7	Pza.	DEWIMED	2,966.25	DEWIMED, S.A.
297	16	89	<b>Porta aguja de Hegar Mayo recta, modelo: cat 24.180.16</b> 1) De 16 cm de longitud, 2) De acero inoxidable con resistencia mecánica grado 410 3) Con certificación CE.	7	Pza.	DEWIMED	3,515.40	DEWIMED, S.A.

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*



Acta Circunstanciada de la  
 Dictamen que Fundamenta el Fallo  
 y la emisión del Fallo  
 Licitación Pública Internacional  
 No. 30001016-001-17  
 Adquisición de Equipo e Instrumental  
 Médico y de Laboratorio

297	17	90	<b>Pinza de anillos o Tipo Foerster modelo: foerster cat 16.171.25</b> 1) De 25 cm. de longitud, 2) Curva, 3) Acerrada, 4) De acero inoxidable, 5) Con resistencia mecánica grado 410, 6) Con certificación CE.	7	Pza.	DEWIMED	3,881.85	DEWIMED, S.A.
297	18	91	<b>Dispensador de guantes de acero inoxidable de pared</b>	19	Pza.	DESIERTA		
297	19	92	<b>Set Dental</b> 1) Excavador, de uso dental del num. 18, doble punta de trabajo, fabricado en acero inoxidable, en mango del num. 6 en acero inoxidable satinado. Certificado CE, (5 pzas). 2) Pinza para algodón de uso dental London College, punta estriada, mangos ranurados, poste y orificio de sujeción, fabricado en acero inoxidable. certificado CE, (5 pzas) 3) Mango en acero inoxidable satinado, para espejo dental, socket con rosca americana de 24 mm., certificado CE, (4 pzas) 4) Sonda periodontal, del num 11, mango del num. 7 en acero inoxidable satinado, con marcas grabadas en 3, 5-5, 5-8, 5-11, 5 mm., fabricado en acero inoxidable. Certificado CE, (5 pzas). 5) Aplicador de dycal, de uso dental, mango del num. 6 en acero inoxidable satinado, de doble extremo, punta en forma de esfera, fabricado en acero inoxidable. certificado CE, (5 pzas). 6) Instrumento condensador y contorneador W3, mango del num. 41, de doble extremo en acero satinado, un extremo de hoja mediana y el otro contorneador, para aplicaciones clases: I,II,III,IV,V. Certificado CE, (4 pzas). 7) Instrumento en forma de bellota para conformar la anatomía oclusal en restauraciones posteriores con composite, mango en acero inoxidable satinado, de doble extremo, fabricado en acero inoxidable con revestimiento de nitruro de aluminio-titanio (altin), antiadherente. certificado CE, (4 pzas). <b>cat 18.284.00</b> 8) Tallador de hojas flexibles opuestas extremadamente finas para una manipulación sencilla del composite y para contorneado interproximal, mango en acero inoxidable satinado, de doble extremo, fabricado en acero inoxidable con revestimiento de nitruro	3	Pza.	DEWIMED	246,750.00	DEWIMED, S.A.

*[Handwritten signatures and initials]*





**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Alvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

**Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio**

- 20) Elevador de bandera cryer uso dental del num. 28, derecho fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 21) Elevador recto apical, para uso dental del num. 301, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 22) Elevador apical, uso dental del num. 302, derecho fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 23) Elevador apical, uso dental del num. 303, izquierdo fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 24) Fórceps del num.65, uso dental para raíces e incisivos superiores, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 25) Fórceps del num. 88 r, de uso dental universal para molares superiores derechos, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 26) Fórceps del num. 88 l, de uso dental universal para molares superiores izquierdos, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 27) Fórceps del num. 150, uso dental universal, para dientes anteriores superiores, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 28) Fórceps del num. 210, uso dental para 3º molares superiores, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 29) Fórceps del num. 222, uso dental universal para 3º molares, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas)
- 30) Fórceps del num.17, uso dental universal para molares inferiores, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 31) Fórceps del num. 23, uso dental universal para 1º y 2º molares inferiores, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 32) Fórceps del num. 69, uso dental para raíces y dientes anteriores inferiores, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 33) Fórceps del num. 151, uso dental para piezas anteriores y premolares inferiores, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 34) Fórceps infantil, de uso dental universal del num. 150 k, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 35) Cureta tipo Gracey de ½", mango del num. 7 en acero inoxidable satinado con aros de colores, fabricada en acero inoxidable. Certificado **CE**, (3 pzas).
- 36) Cureta tipo gracey de 5/6", mango del num. 7 en acero inoxidable

*[Handwritten signatures and initials]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

**Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio**

satinado con aros de colores, fabricada en acero inoxidable. Certificado **CE**, (3 pzas).

- 37) Cureta tipo gracey de 11/12", mango del num. 7 en acero inoxidable satinado con aros de colores, fabricada en acero inoxidable. Certificado **CE**, (3 pzas).
- 38) Cureta tipo Kirkland de 15/16", mango en acero inoxidable, fabricada en acero inoxidable. certificado **CE**, (3 pzas).
- 39) Cureta de MC- CALL, de uso dental dos puntas de trabajo 13s-14s. fabricada en acero inoxidable. en acero inoxidable satinado con aros de colores, fabricada en acero inoxidable. Certificado **CE**, (3 pzas).
- 40) CK6, cureta de uso dental, fabricada en acero inoxidable, mango en acero inoxidable, Certificado **CE**, (3 pzas).
- 41) Cucharilla de lucas, de uso dental, fabricada en acero inoxidable. mango en acero inoxidable, doble extremo, certificado **CE**, (4 pzas).
- 42) Alveolotomo (pinza gubia) de uso dental, de 16 cm. para contornear y recortar hueso alveolar, fabricado en acero inoxidable. de doble acción. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 43) Legra de uso dental modelo seldin de 18 cm. fabricada en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 44) Tijera para encía de 13 cm. modelo Goldman Fox, fabricada en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 45) Pinza Halsted mosquito, recta, longitud de 12.5 cm. fabricada en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 46) Porta aguja modelo crile wood, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 47) Porta amalgama de uso dental, doble punta de trabajo, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 48) Porta matriz de uso dental, para banda de 5 mm. modelo Tofflemire, fabricado en acero inoxidable. Certificado **CE**, (2 pzas).
- 49) Bota fresas de uso dental, según marca de pieza de mano de alta velocidad, fabricado en acero inoxidable. (2 pzas).
- 50) Bruñidor, de uso dental del num. 27 / 29, doble punta, una de ovalo de 3.1 mm. y otra de huevo de 1.6 mm., fabricado en acero inoxidable. mango del num. 6 en acero inoxidable satinado, Certificado **CE**, (2 pzas).
- 51) Espátula para batir cemento, de uso dental, con doble punta de



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

**Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio**

		<p>trabajo una rectangular y otra triangular, tamaño mediano fabricado en acero inoxidable. Certificado <b>CE</b>, (5 pzas).</p> <p>52) Lima para hueso de doble extremo, corte cruzado, uno largo en forma de remo y otro corto en forma de remo, fabricado en acero inoxidable. Certificado <b>CE</b>, (2 pzas).</p> <p>53) Mango de bisturí del num. 4 de acero inoxidable. Certificado <b>CE</b>, (2 pzas).</p> <p>54) Mango de bisturí del num. 3 de acero inoxidable. Certificado <b>CE</b>, (2 pzas).</p> <p>55) Pinzas de disección, adson para cirugía, sin dientes, de 12 cm., acero inoxidable, Certificado <b>CE</b>, (2 pzas).</p> <p>56) Pinzas de disección adson para cirugía, con dientes 1 x 2, de 12 cm., acero inoxidable, Certificado <b>CE</b>, (2 pzas).</p> <p>57) Pinza Halsted mosquito, curva, longitud de 12.5 cm. fabricada en acero inoxidable. Certificado <b>CE</b>, (2 pzas).</p> <p>58) Espejos dentales, del num. 5 rosca americana de 24 mm., angulación de 30°, caja con 12 espejos sin mango. Certificado <b>CE</b>, (2 pzas).</p> <p>59) Clip para instrumental dental, con capacidad para 18 instrumentos dentales, dimensiones: 290 mm. de largo x 184 mm. de ancho x 34 mm. de espesor, de acero inoxidable, con guías o soportes de silicón para el acomodo del instrumental, con 2 clips para instrumentos articulados, Certificado <b>CE</b>, (1 pza).</p> <p>60) Contenedor para esterilización y guarda de instrumental dental, para un casete, con tapa, sistema de cerrojo, porta etiquetas, sistema de apilación, con porta filtro superior e inferior para esterilización en vapor, dimensiones: 300 mm. de largo x 190 mm. de ancho x 48 mm. de espesor. Certificado <b>CE</b>, (1 pza).</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*[Handwritten signatures and initials]*  
 al  
 A  
 R  
 me  
 R

Se les manifiesta a los licitantes presentes que pueden ofertar un **precio más bajo** por los **bienes** licitados y en beneficio de la **Convocante**, siempre y cuando cuenten con poderes de representación; lo que deberán acreditar de conformidad con el punto **4.2.3** de las bases de **Licitación**.

**Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio**

Conforme a lo anterior los licitantes presentes, manifiestan que no presentaron una oferta de precios más bajos, sino que sostendrán los ofertados en su **Propuesta Económica**.

La **Convocante** informa a todos los presentes, que se procederá a elaborar el "Dictamen Económico" el cual formará parte integrante de la presente Acta, por lo que se tomará un tiempo mínimo de 15 minutos y un tiempo máximo de 30 minutos para dar a conocer el "Fallo".

**Fallo**

Una vez analizada la **Documentación Legal y Administrativa**, las **Propuestas Técnicas**, las **Propuestas Económicas** y con base en el **Dictamen Económico** emitido por la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, la **Coordinación de Adquisiciones y Arrendamientos** y el área **requerente** se emite el siguiente **Fallo**, con fundamento en los artículos **28 y 43** fracción II, párrafo cuarto inciso a) de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, **41** fracción IV de su **Reglamento**, al numeral **4.9.1** fracción III de la **Circular Uno Bis 2015** y a los numerales **4.2.3 y 7.2** de las bases de **Licitación**, se adjudican los contratos, a las empresas licitantes que ofertaron los **precios más bajos**, contando con la **Suficiencia Presupuestal** respectiva.

Licitante ganador	Partidas Adjudicadas	Monto Adjudicado antes de I.V.A.	Monto Adjudicado incluyendo I.V.A.
DEWIMED, S.A.	17, 54, 56, 67, 74, 77, 78, 79, 80, de la 83 a la 90 y 92	\$ 1,885,031.40 (Un millón ochocientos ochenta y cinco mil treinta y un pesos 40/100 m.n.)	\$ 2,186,636.42 (Dos millones ciento ochenta y seis mil seiscientos treinta y seis pesos 42/100 m.n.)
Corporativo Promedica de México, S.A. de C.V.	20, 35, 43, 47, 60, 65 y 82	\$ 905,340.00 (Novecientos cinco mil trescientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)	\$ 1,050,194.40 (Un millón cincuenta mil ciento noventa y cuatro pesos 40/100 m.n.)
Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.	1, 7, 18, 22, 23, 25, 29, 33, 34, 37, 40, 42, 45, 48, 53, 59, 64, 68, 69, 70 y 73	\$ 5,803,922.00 (Cinco millones ochocientos tres mil novecientos veintidós pesos 00/100 m.n.)	\$ 6,732,549.52 (Seis millones setecientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y nueve pesos 52/100 m.n.)

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

Licitante ganador	Partidas Adjudicadas	Monto Adjudicado antes de IVA	Monto Adjudicado incluyendo IVA
		<p><b>\$ 8,594,293.40</b> (Ocho millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y tres pesos 40/100 m.n.)</p>	<p><b>\$ 9,969,380.34</b> (Nueve millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos ochenta pesos 34/100 m.n.)</p>

Lo anterior en virtud de que las empresas licitantes antes mencionadas, reúnen las mejores condiciones **Legales, Administrativas, Técnicas y Económicas** requeridas por la **Convocante**, garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y por haber ofertado los costos más benéficos y convenientes para la **Convocante**.

Las partidas **2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 71, 72, 75, 76, 81 y 91** se declaran **desiertas** en virtud de que no fueron ofertadas por ningún licitante participante.

La partida **24**, se declara **desierta** en virtud de que fue **descalificada técnicamente**.

De conformidad con el artículo **130** fracción I del **Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal**, la representación de la **Dirección General Jurídica** participa en éste acto como testigo de asistencia, emitiendo únicamente su opinión en los aspectos legales.

Con fundamento en el artículo **34** fracciones **XII y XXIX** de la **Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal** y artículo **113** fracciones **III, VIII, XX, XXII y XXIII** del **Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal**, el Representante de la **Contraloría Interna** en **Álvaro Obregón** tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto se realice conforme a la **Normatividad** vigente.

Se cierra la presente Acta, misma que firman para constancia y validez todos los que en ella participan, siendo las **19:45** horas del día de su inicio.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



Acta Circunstanciada de la  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental  
Médico y de Laboratorio

**Servidores Públicos**

Miguel Angel Aguilar Calvo  
Jefe de la Unidad Departamental de  
Concursos

Ignacio Vázquez Sandoval  
Representante de la Dirección General de  
Desarrollo Social y Humano

Martín Vázquez Ramírez  
Representante de la Contraloría Interna

Rodolfo Chávez Reyna  
Representante de los Servicios de Salud  
Pública del Distrito Federal

Isaac Villegas Heredia  
Representante de la Dirección General  
Jurídica

**Licitantes presentes**

Corporativo Promedica de México,  
S.A. de C.V.  
Elías Reyes Rodríguez

Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.  
Heriberto Vázquez Solórzano

DEWIMED, S.A.  
Victor Manuel Moncada Pazos

Recibi copia  
Lic. Martín Vázquez A.  
15/11/2017

Recibi copia  
Lic. Rodolfo César Reyes  
15/11/2017

RECIBI COPIA  
IGNACIO VIZQUEZ SANDOVAL  
15/NOV/2017

Recibi copia  
Heriberto Vázquez Solerzere  
15-NOV-17  
Laboratori Instrumentación S.A de C.V.

Recibi Copia  
Victor Manuel Gonzalez  
DEVALDES S.A.

Recibi copia  
César Reyes Rodríguez  
ECCRS R  
15/11/17

Recibi copia  
Isaac Villegas Heredia  
15/11/17