

**Adquisición de Equipo e Instrumental Médico  
 y de Laboratorio**

En la Ciudad de México, siendo las **11:00** horas del día **tres** de **noviembre** del año **dos mil diecisiete** en el **Salón de Delegados**, ubicado en Calle 10 y Avenida Canario s/n, colonia Tolteca C.P. 01150; y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos **26, 27 inciso A, 28 párrafo primero, 30 fracción II y 58** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal** y **41 fracción I** de su **Reglamento**, se procede a levantar la presente acta, referente a la **Junta de Aclaración de Bases** de la **Licitación Pública Internacional No. 30001016-001-17**, para la **Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**; con base en los **Requerimientos de Adquisición** números **286 y 297** de la **Dirección General de Desarrollo Social y Humano**.

Se hace constar que en el presente acto se registraron los siguientes licitantes:

Licitante	Representante
DEWIMED, S.A.	Alexander Méndez Hernández
Corporativo Promedica de México, S.A. de C.V.	Benito Ramírez Maldonado
Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.	Heriberto Vázquez Solórzano

El **C. Miguel Angel Aguilar Calvo** Jefe de la Unidad Departamental de Concursos pregunta a los **Servidores Públicos** presentes si tienen alguna precisión o comentario a las bases de **Invitación** o a sus **Anexos**.

Mediante oficio **CG/DGCID/CI-AO/624/2017**, signado por el Titular el **Órgano de Control Interno**, en el cual informa se cuente con el oficio de **Autorización de la Secretaría de Desarrollo Económico** para las partidas de importación y toda vez como no se cuenta con esta liberación,, el presente evento se **reprograma** para una **Segunda Junta de Aclaración de Bases** el día **jueves 9 de noviembre de 2017** a las **11:00 hrs.** en esta misma sala, asimismo se dará respuesta a todos y cada uno de los cuestionamientos presentados por los licitantes participantes en la **Segunda Junta**.

Para dar cumplimiento al artículo **43 párrafo tercero** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal** y **41 fracción I** de su **Reglamento** y al numeral **4.1** de las bases de **Invitación**, la **Convocante** procede a dar respuesta a cada uno de los cuestionamientos realizados por los participantes:

**Cabe hacer mención que las preguntas relacionadas con aspectos Administrativos serán contestadas por el Servidor Público que preside éste evento; y las preguntas relacionadas con aspectos Técnicos serán contestadas por el Representante del área solicitante.**

El representante de la empresa licitante **Suministro y Venta de Equipos Médicos, S.A. de C.V.** hace las siguientes preguntas:

**Pregunta 1:** Partida **51**, dice: **1) Tamaño de la cámara cilíndrica 380 x 400 mm. (diámetro x profundidad)** Solicitamos nos permita ofertar tamaño de la cámara de **250 x 400 mm (diámetro x profundidad)** ¿Se acepta? Favor de informar.

**Respuesta:** \_\_\_\_\_



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2016

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental Médico  
y de Laboratorio

Pregunta 2: Partida 51, dice: 2) Capacidad de 52 litros Solicitamos que nos permitan ofertar un equipo con capacidad sea de 23 litros. ¿Se acepta? Favor de informar.

Respuesta:

Pregunta 3: Partida 51, dice: 18) Con 1 (una) canasta de alambre de acero inoxidable de 357 x 365 mm. Solicitamos que nos permita ofertar con 1 (una) canasta de alambre de acero inoxidable de 227 x 350 mm. ¿Se acepta? Favor de informar.

Respuesta:

Pregunta 4: Partida 51, Si el equipo solicitado es para uso de laboratorio y no para manejo de manejo de residuos peligrosos. Solicitamos se elimine el requisito solicitado en este punto. ¿Se acepta? Favor de informar.

Respuesta:

Pregunta 5: Partida 52, dice 5.1) Dimensiones de la cámara cilíndrica (diámetro x profundidad) de 254 x 475 mm. Solicitamos que nos permitan ofertar con dimensiones de la cámara cilíndrica (diámetro x profundidad) de 230 x 470 mm. ¿Se acepta? Favor de informar.

Respuesta:

Pregunta 6: Partida 52 dice: 6) Con 4 charolas perforadas de acero inoxidable tipo 316L, con medidas de: (ancho x largo x altura) 414 x 168 x 20 mm. Solicitamos que podamos ofertar 3 charolas perforadas de acero inoxidable tipo 316L, con medidas de: (ancho x largo x altura) 414 x 168 x 20 mm. Se acepta? Favor de informar.

Respuesta:

Pregunta 7: Partida 52 dice: 7) Capacidad de 23 lts. Solicitamos poder ofertar un equipo con capacidad de 19lts. ¿Se acepta? Favor de informar.

Respuesta:

Pregunta 8: Partida 62 dice: 5) Gabinete construido en acero inoxidable tipo 304 con medidas de 90 cm. de ancho x 85 cm. de alto x 63 cm. de fondo. Solicitamos que podamos ofertar un equipo con Gabinete construido en acero inoxidable tipo 304 con medidas de 60 cm. de ancho x 85 cm. de alto x 63 cm. de fondo. ¿Se acepta? Favor de informar.

Respuesta:

Pregunta 9: Partida 62 dice: 8) Programa de secado con filtros hepa. Siendo el secado no indispensable para el buen funcionamiento de una Lavadora Descontaminadora de Vapor para CEYE, Solicitamos este requisito sea opcional sin que su cumplimiento sea obligatorio. ¿Se acepta? Favor de informar.

Respuesta:

Pregunta 10: Partida 62 dice: 11.) 6 (seis) canastas para instrumentos construidas en acero inoxidable 316L. Solicitamos nos permitan ofertar un equipo con 3 (tres) canastas para instrumentos construidas en acero inoxidable 316L, las cuales son suficientes para el tamaño de la cámara del equipo solicitado. ¿Se acepta? Favor de informar.

Respuesta:

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2016 - 2019

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17

**Adquisición de Equipo e Instrumental Médico  
y de Laboratorio**

**Pregunta 11:** Partida 62 dice: 13) **Cajón para guardas de químicos integrado al gabinete del equipo.** Solicitamos que el cajón para guardas sea opcional y no sea requisito obligatorio, por no ser necesario para el buen funcionamiento del equipo solicitado. ¿Se acepta? Favor de informar?-----

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

**Pregunta 12:** Partida 63 Solicitamos nos permitan ofertar la siguiente cedula, alternativa:-----

**Lavadora desinfectora para laboratorio**

1. Lavadora desinfectora para instrumental quirúrgico.
2. Capacidad 171 litros
3. Cámara de lavado de acero inoxidable tipo 316L sin soldaduras ni uniones y esquinas redondeadas.
4. Puerta de acero inoxidable tipo 304.
- 4.1.-apertura frontal abatible manualmente frontal.
5. Gabinete construido en acero inoxidable tipo 304
6. Filtro retenedor de sólidos reusable de triple acción fabricado en acero inoxidable 316L.
7. Control micro procesado con tres programas pre-establecidos y posibilidad de personalizar programas por el usuario
8. Pantalla de LCD para mensajes y condiciones del ciclo de lavado y desinfección como son, temperatura, código de error
9. Leds indicadores de la fase del ciclo de lavado y desinfección
10. Rack / carro de carga montado sobre guías telescópicas de acero inoxidable tipo 304 para material de vidrio y/o (matraces) y pipetas
- 10.1. Químico tipo alcalino.
- 10.2. químico tipo ácido
11. Alimentación eléctrica trifásica 208-220 v 60 Hz .
12. Se requiere una presión de agua mínima de 2kg y dureza no mayor a 80 ppm
13. El equipo incluye mangueras de conexión para agua y drenaje.

Nota: Este bien requiere de Instalación en Sitio, Capacitación y Guía M

¿Se acepta? Favor de informar.-----

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

**Pregunta 13:** Partida 71 dice: 1) **Refrigerador Vertical para Laboratorio Capacidad de 700 litros (24.7 pies cúbicos)** Solicitamos nos permitan ofertar. Refrigerador Vertical para Laboratorio Capacidad de 500 litros ¿Se acepta? Favor de informar.-----

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

**Pregunta 14:** Partida 71 dice 10) **De una sola puerta de doble cristal con sellado hermético.**Favor de rectificar si la necesidad del instituto es de puerta doble de cristal, tal como lo solicitan o es puerta solida Favor de informar.-----

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

**Pregunta 15:** Partida 72 dice 1) **Refrigerador Vertical para Laboratorio Capacidad de 700 litros (24.7 pies cúbicos)** Solicitamos nos permitan ofertar. Refrigerador Vertical para Laboratorio Capacidad de 500 litros ¿Se acepta? Favor de informar.-----

**Respuesta:** \_\_\_\_\_



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17

**Adquisición de Equipo e Instrumental Médico  
y de Laboratorio**

**Pregunta 16:** Partida 72 dice 10) De una sola puerta de doble cristal con sellado hermético. Favor de rectificar si la necesidad del instituto es de puerta doble de cristal, tal como lo solicitan o es puerta solida Favor de informar.

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

El representante de la empresa licitante **DEWIMED, S.A.** hace las siguientes preguntas:-----

**Pregunta 1** Numeral 2.9 **Entrega de Bienes**, ya que los bienes que estamos ofertando son de origen internacional, solicitamos a la convocante ampliar el tiempo de entrega a 45 días hábiles posteriores a la firma del contrato. ¿se acepta nuestra propuesta??

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

**Pregunta 2:** Para las partidas de la Requisición 297, pregunta: se solicita que el proveedor licitante cuente con una fábrica que tenga los certificados 9001 y certificado 13485, para el mantenimiento correctivo y preventivo del instrumental a ofertar y que pueda dar respuesta en un máximo de 24 horas. Se incluirán dichos certificados?

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

**Pregunta 3:** Partida 54 **Lámpara de exanimación con pedestal movil, punto 4)**, temperatura de color de 5500 k. nuestro equipo cuenta con una temperatura de color de 5,000 grados kelvin con la cual se obtiene un índice de reproducción cromática de >90 en una escala máxima de 100. solicitamos a la convocante nos permita ofertar una lámpara de examinación con estas características ya que esta dentro de los parámetros de temperatura de color de luz neutra. ¿se acepta nuestra propuesta?-----

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

**Pregunta 4:** Misma partida punto 6), de 10 a 25 cm del area de trabajo. nuestro equipo cuenta con un cabezal ligero y un cuello de cisne que mantiene a la lámpara en la distancia deseada por medio del cual se regula el diámetro de iluminación variando la distancia. solicitamos a la convocante nos permita ofertar una lámpara con estas características. ¿se acepta nuestra propuesta?-----

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

**Pregunta 5:** Misma partida, punto 7), manipulación de iluminación sin contacto. solicitamos a la convocante nos indique a que se refiere. o se refiere a la iluminación sin sombras, al posicionarse en situación de examen.?

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

**Pregunta 6:** Partida 56 **microscopio campo claro, punto 1)**, tubo binocular con ángulo de visión de 45° solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con ángulo de visión en el rango de 30° a 45°. ¿se acepta nuestra propuesta??

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

**Pregunta 7:** Misma partida, punto 4), distancia entre pupilas ajustables de 52 mm a 75 mm. solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con distancia interpupilar entre los rangos de 50-75 mm,¿se acepta nuestra propuesta?-----

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

**Pregunta 8:** Misma partida,, punto 6), material de aluminio. solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo sólido y robusto con características propias de cada marca. ¿se acepta nuestra propuesta?-----

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

*B* . 4

Acta Circunstanciada de la  
 Junta de Aclaración a las Bases  
 Licitación Pública Internacional  
 No. 30001016-001-17  
 Adquisición de Equipo e Instrumental Médico  
 y de Laboratorio

Respuesta: \_\_\_\_\_

Pregunta 9: Misma partida, punto 9), con asa vertical. este punto no es característica de un microscopio de laboratorio, solicito se omita ya que es un equipo fijo ¿se acepta nuestra propuesta? \_\_\_\_\_

Respuesta: \_\_\_\_\_

Pregunta 10: Misma partida, punto 10), con enrollador de cable de alimentación. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cable de corriente enchufable al equipo lo cual no demerita el funcionamiento del equipo ¿se acepta nuestra propuesta? \_\_\_\_\_

Respuesta: \_\_\_\_\_

Pregunta 11: Misma partida, punto 11, 12, 13, y 14, solicitamos se omita fov 20 ya que se refiere al catalogo de una marca en especifico. y cumplir con las características técnicas solicitadas de la ficha. ¿se acepta nuestra propuesta? \_\_\_\_\_

Respuesta: \_\_\_\_\_

Pregunta 12: Misma partida, punto 14, dice objetivo seco, solicitamos a la convocante permita ofertar objetivo con inmersión de aceite, cumpliendo con todas las características solicitadas para este punto. ¿se acepta nuestra propuesta? \_\_\_\_\_

Respuesta: \_\_\_\_\_

Pregunta 13: Misma partida, punto 16, recorrido de platina de 26 mm x 76 mm. solicitamos a la convocante nos permita ofertar como opción un equipo con recorrido de platina de 76mm x50mm. ¿se acepta nuestra propuesta? \_\_\_\_\_

Respuesta: \_\_\_\_\_

Pregunta 14: Misma partida, punto 17, superficie de platina de 185mm x 140mm. solicitamos a la convocante nos permita ofertar como opción un equipo con una platina de 140mmx130mm. ¿se acepta nuestra propuesta? \_\_\_\_\_

Respuesta: \_\_\_\_\_

Pregunta 15: Misma partida, punto 22, solicitamos ala convocante como mejora tecnológica cambiar acondensador con apertura 1.25 con ello se amplía el campo de iluminación e imagen en el microscopio. ¿se acepta nuestra propuesta? \_\_\_\_\_

Respuesta: \_\_\_\_\_



Pregunta 16: Partida 67 Unidad estomatologica (dental), punto 3.2, solicitan piezas de mano de alta velocidad, con velocidad de giro de (350,000 rpm o mayor) con baleros de acero inoxidable. solicitamos se cambie a piezas de mano con baleros de cerámica conservando las características solicitadas, con ello se disminuye ruido, vibración y sobre calentamiento teniendo una vida útil duradera. \_\_\_\_\_

Respuesta: \_\_\_\_\_

Pregunta 17: Misma partida, punto 3.3, solicitamos se omita este punto ya que no lo requiere, y en su lugar debe decir botón de presión o push botón, para colocar y sacar las fresas de la cabeza de la pieza de mano de alta velocidad. \_\_\_\_\_

Respuesta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental Médico  
y de Laboratorio

**Pregunta 18:** Misma partida, punto 7.2, solicitamos que el punto 7.2 se realicen los movimientos a través de pedal multifuncional y además que permita controlar los movimientos de ascenso, descenso del respaldo y asiento, programar 4 posiciones de trabajo incluyendo posición de entrada y salida del paciente, llenado de vaso, y limpieza de escupidera.

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

**Pregunta 20:** Misma partida, punto 12.5, ¿cuándo se refieren a silenciosa, están solicitando una campana acústica? favor de aclarar.

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

El representante de la empresa licitante **Lab-Tech Instrumentación S.A de C.V.** hace las siguientes preguntas:

**Pregunta 1:** Numeral 2.9 Entrega de bienes. Se deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad, indicando que los bienes se entregaran a partir de la emisión del Fallo y dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la firma del Contrato. No se otorgará prórroga para la entrega de bienes cuando la solicitud sea extemporánea, es decir, cuando no sea presentada antes de fenecer la fecha de entrega pactada en el contrato correspondiente, aunado a que la misma, no compruebe amplia y detalladamente una eventualidad que se encuentre más allá de las previsiones del solicitante, es decir por causas de fuerza mayor, en casos fortuitos o causas imputables a la Convocante, siempre y cuando conste por escrito y se acredite fehaciente y documentalmente. Solicitamos muy amablemente a la convocante nos amplíe el tiempo de entrega de 45 a 60 días, ya que los equipos a ofertar son de importación, y es imposible que lleguen en 15 días hábiles.?

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

**Pregunta 2:** Anexo 1 - Propuesta Técnica. No existen formatos de propuesta técnica ni propuesta económica, podemos adecuar un formato para ambas propuestas, sin omitir la información solicitada por la convocante. Se acepta?

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

El representante de la empresa licitante **Corporativo Promedica de México, S.A. de C.V.** hace las siguientes preguntas:

**Pregunta 1:** Partida 60, punto 2) dice: "con tres cajones (3) enfrente y 2 (dos) laterales, cajones en plástico de alto impacto con correderas telescópicas de 450 mm, acabado galvanizadas y jaladeras de plástico embutidas", pregunta: se solicita amablemente a la Convocante poder ofertar dos cajones frontales y dos laterales con las características señaladas, para no limitar la libre participación?.

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

**Pregunta 2:** Partida 60, punto 5) dice: "soportes para el colchón en lamina cal. 14., pregunta: se solicita amablemente a la Convocante este punto sea opcional ya que para una mayor seguridad del paciente se recomienda que el colchón sea fijo?.

**Respuesta:** \_\_\_\_\_

*Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '3'.*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental Médico  
y de Laboratorio

El representante de la empresa licitante **Proveedora Médica Samperio, S.A de C.V.** hace las siguientes preguntas:-----

**Pregunta 1:** Numeral 2.14, Se deberá entregar carta bajo protesta del fabricante de tecnología para las mesas de acero inoxidable? -----

**Respuesta:** -----

**Pregunta 2:** Respecto a las partidas del Anexo Técnico, las características solicitadas son las mínimas, por lo que solicitamos poder ofertar características de mayor calidad? -----

**Respuesta:** -----

**Pregunta 3** Para el caso del numeral 2.4 de las Bases, se podrá presentar solo Ficha Técnica de medidas y calibres para el caso de las partidas de muebles y accesorios fabricados de acero inoxidable? -----

**Respuesta:** -----


**Pregunta 4:** Respecto al punto 2.14 inciso 3) y 3.3.2 inciso 14), bastara con presentar carta de distribuidor mayorista indicando lo solicitado, ya que por la premura de los tiempos y en virtud de que en su mayoría los equipos son de origen extranjero y son traídos por distribuidores directos a nuestro país se sumamente complicado contar con lo requerido a la fecha de la presentación de la apertura? --


**Respuesta:** -----

Con fundamento en el artículo 34 fracciones XII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y artículo 113 fracciones III, VIII, XX, XXII y XXIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el Representante de la Contraloría Interna en Álvaro Obregón tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto se realice conforme a la Normatividad vigente.-----

Se cierra la presente Acta, misma que firman para constancia y validez todos los que en ella participan, siendo las 11:30 horas del día de su inicio.-----

**Servidores Públicos**

  
Miguel Angel Aguilar Calvo  
Jefe de la Unidad Departamental de  
Concursos

  
Martín Vázquez Ramírez  
Representante de la Contraloría Interna



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Licitación Pública Internacional  
No. 30001016-001-17  
Adquisición de Equipo e Instrumental Médico  
y de Laboratorio

Ignacio Vázquez Sandoval  
Representante de la Dirección General de  
Desarrollo Social y Humano

Licitantes presentes

DEWIMED, S.A.  
Alexander Méndez Hernández

Corporativo Promédica de México,  
S.A. de C.V.  
Benito Ramírez Maldonado

Lab Tech Instrumentación, S.A. de C.V.  
Heriberto Vázquez Solórzano

Recibi copia

Lic. Martín Vázquez R.

3/11/2017

IGNACIO VIZQUE SANCHEZ

3/11/2017

RECIBI COPIA

Berito Ramirez W. 3-11-17.

Recibi copia

Heriberto Vazquez Solorzano 3-11-17

~~Heriberto~~

RECIBI COPIA

Alexander Mendez / PARRIS 3-11-17

~~Alexander Mendez~~

RECIBI COPIA CARLOS MANUEL TAPIA

SEABITECSA, S.A DE C.V. 06-11-17